Métodos Gerais de Esterilização Aplicados ao Campo Farmacêutico

PROFA. DRA. MARINA ISHII

Fale um pouco sobre:

1. Faça um breve resumo de seu projeto (3 a 5 linhas)?
2. Por que optou cursar esta disciplina?
3. Qual é a relação desta disciplina com o seu projeto de Pós-Graduação? Ou qual é a sua motivação?

Questões:

1. Baseado em seu conhecimento atual, o que é e para o que serve um **processo de esterilização**?
2. Qual é a **definição de validação de processos**?
3. A partir dos conceitos das questões 1 e 2, o que seria então a **validação de processos de esterilização** ?

Como surgiu a necessidade de validação?

- Casos de septicemia nos EUA, entre 1970-1973;
- Cepa *Enterobacter* - foi localizada em várias áreas de fabricação;
 - entraram pela parte inferior da tampa (uso de novo elastômero para vedação das tampas)
- Resultado:
 - 9 mortes;
 - estimativa de 2 a 8 mil casos de contaminação;
 - morte de 10% dos pacientes que desenvolveram bacteremia (durante ou pouco tempo depois)

Incident at Devonport Hospital in Plymouth, UK

The Daily Telegraph

LONDON, TUESDAY, MARCH 7, 1972.

Printed in LONDON and MANCHESTER

'Life or death' Ministry warning HOSPITAL DRUG ALERT AS 5 DIE

Race to find 500 drip-feed bottles

A "LIFE or death" hunt for 500 bottles of dextrose drip-feed solution was ordered last night by the Department of Health as an emergency measure to prevent further deaths of five patients at Devonport hospital, Plymouth.

The patients had all been given the solution manufactured by Evans Medical Ltd., of Spelde, Liverpool. In a joint statement the firm and the Department of Health said a batch of the solution may have been contaminated.

About 600 bottles of the suspect solution were distributed in May—and only 166 have been traced so far. A Health Department spokesman said: "This is a matter of life and death."

The coroner, Mr. W. E. J. Miles, was told that Mrs. Mayall went into the hospital on February 22 and died on March 1.

Dr. Evans said that death was due to infection following an operation for thrombosis in an artery in the left leg. The dextrose solution fed to Mrs. Mayall was suspected by one of the doctors at the hospital to be the cause for it to be contaminated.

Efforts to recognize

In answer to questions from the coroner, Dr. Evans agreed that if any other patients died as a result of that contaminated solution, their bottles would have been destroyed by now.

The coroner would only issue a verdict to recognize and death would have been pronounced for the patient's infection.

The inquiry on Mrs. Mayall was adjourned.

Dr. Denis Cahill, senior consultant officer at the Devonport hospital, said an inspection has shown that the main bulk of the fault lies with "one of the bottles" which were "contaminated" which some of the bottles used that it would be 100% below all that, Mrs. Mayall would have been in hospital in England.

Joint statement

The joint statement issued by the Department of Health and Evans Medical Ltd. said: "A batch of 5 per cent. dextrose solution for intravenous use manufactured by Evans Medical Ltd. of Spelde, Liverpool, was distributed in May 1971 to various hospitals in England."

The dextrose solution is a sterile solution used to maintain the blood sugar level in patients who are unable to eat or drink. It is used in the form of a drip-feed solution.

The Department of Health and Evans Medical Ltd. have agreed to investigate the matter and to take any necessary steps to prevent further deaths.

- frascos de glicose 5% na parte superior da autoclave = estéreis na parte inferior = não estéreis

Validação:

Estabelecimento de documentação evidenciada a qual provê um alto grau de garantia que um processo específico irá fornecer um produto com características e especificações pré-determinadas.

Validação:

- Qualificação da instalação
- Qualificação da operação
- Qualificação de performance (microbiológica e física)

Tipos de validação

- Prospectiva – ensaio piloto
- Concurrente – conforme produção
- Retrospectiva – avaliação de lotes anteriores
- Revalidação – quando realiza-se alguma alteração de processo ou material

Benefícios da validação

Maior conhecimento do processo de produção
Redução de perdas de produção
Redução de falhas
Maior treinamento de pessoal
Melhora contínua

Pontos importantes:

Resultado:

- Validação do processo – preocupação há 40 anos apenas!
- Início com soluções parenterais (produtos estéreis)
- Produtos não estéreis
- Validação de limpeza - há apenas 20 anos
- Início com equipes e depois houve o estabelecimento de Departamentos
- Antes: **Controle de Qualidade**

Correção
Apenas alguns eram responsabilizados

Atual: **Garantia de qualidade**

Prevenção
Todos setores envolvidos

"The committee considers that too many people believe that sterilisation of fluids is easily achieved with simple plant operated by men of little skill under minimum supervision, a view of the task which is wrong in every respect."

Em 1970, aceitava-se uma contaminação de 0,3%, ou seja, a cada 1000 frascos, 3 eram contaminados

Atualmente permite-se um nível de esterilidade de 10^{-6} ou seja, 1 frasco contaminado em 1.000.000 de frascos produzidos.

ESTÉRIL

NÃO ESTÉRIL

Cookson, B.D. The 'Devonport incident' – forty years on. *Journal of Hospital Infection*, 83, 3, 2013, p. 267.
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2012.11.017>
<http://blog.sciencemuseum.org.uk/collections/2012/09/20/remembering-the-devonport-incident-50-years-on/>

Literatura:

A. Why validation? – James Gallocco

- 1) A validação foi aceita e adotada imediatamente pela indústria?
- 2) No que consiste a validação de um processo de esterilização?
- 3) Quais são os principais tipos de validação?
- 4) Em uma linha de produção, quais são as principais vantagens de se ter um processo validado?

B. Intravenous infusion of contaminated dextrose solution – Meers, P. D., Calder, M. W., Mazhar, M. M., Lawrie, G. M.

Atividade de estudo para a próxima aula:

- A. Procurar sobre os métodos e agentes de esterilização citados nas Farmacopéias Americana e Brasileira (disponível online).