

Discussão e conclusão:

Depois de feito os cálculos, pode-se concluir que quanto a régua e o paquímetro apresentam um erro[%] relativo menor que 5%. (*)

Já o micrometro, o erro[%] relativo foi superior.

No cálculo da incerteza experimental, o paquímetro e o micrometro foram poucos (resultado menor que 5%), enquanto a régua não (resultado superior a 5%).

mas
faltaram
de o correto e o
ou nos de
erros
aleatórios
e/ou sistemáticos
que ocorreram?